

Informacja dla wykonawców

Dotyczy: postępowania w trybie zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest:

Usługa sekwencjonowania genomów bakterii z rodzaju Staphylococcus.
Zlecenie obejmuje wykonanie sekwencjonowania 100 prób.

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści użycie platformy NovaSeq6000 w chemii PE250? Długość odczytu mieści się w wymaganym przedziale 200 pz – 300 pz.

Odpowiedź: Nie dopuszczamy takiego rozwiązania.

Prorektor ds. organizacji i rozwoju uczelni

prof. dr hab. inż. Adam Szewczuk